



ANEXO I

Cuadro resumen de revisiones periódicas que deben realizarse a las vitrinas y sistemas de extracción localizados.

HOJA DE REGISTRO REVISIONES PERIÓDICAS					
Eventualmente	Anualmente		Semestralmente	Periódicamente	
Revisar equipos de aspiración en caso de anomalías	Instalaciones de fluidos	Nivel de iluminación	Control de aspiración	Control indicador del caudal y su alarma	
		Comprobación del estado de filtros		Revisión conducto de extracción/mecanismo de aspiración	Repaso limpieza interior de la vitrina
		Control nivel de ruido		Limpieza de deflector trasero	Limpieza interior de la cámara del deflector
		Inspeccionar el funcionamiento de guillotina		Limpieza interior de la cámara del deflector	Inspeccionar el funcionamiento de guillotina



ANEXO III

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA MEDIDA DE LA VELOCIDAD DEL AIRE Y NIVEL DE RUIDO E ILUMINACIÓN

